

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na dostawę i montaż nowych wanien do kąpieeli solankowych wirowych całkowitych (hydromasaż) i częściowych.

- 1. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wannę wykonaną z materiałów antybakteryjnych o następujących parametrach technicznych: wymiary 2200 x 870 x 790; pojemność wanny 200 l.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wanny o wymiarach: 2200 x 870 x 790 i pojemności 200 l.
- 2. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wannę wykonaną z materiałów antybakteryjnych o następujących parametrach technicznych: wymiary 955 x 870 x 1040; pojemność maksymalna wanny 35 l; pojemność użytkowa wanny 30 l.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wanny o wymiarach: 955 x 870 x 1040; pojemności maksymalnej wanny 35 l; pojemności użytkowej wanny 30 l.
- 3. Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wannę wykonaną z materiałów antybakteryjnych o następujących parametrach technicznych: wymiary 880 x 760 x 800; pojemność maksymalna wanny 54 l; pojemność użytkowa wanny 45 l.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści wanny o wymiarach: 880 x 760 x 800; pojemności maksymalnej wanny 54 l; pojemności użytkowej wanny 45 l.
- 4. Pytanie:** Czy Zamawiający ze względu na okres świąteczno-noworoczny dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia do dnia 15.02.2010r.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia do dnia 15.02.2010r. ze względu na okres świąteczno-noworoczny.
- 5. Pytanie:** Czy Zamawiający ze względu na agresywne środowisko wodne (solanki) wymaga aby, niecki wanien wykonane były z wysokościowego szkła akrylowego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby niecki wanien wykonane były z wysokościowego szkła akrylowego.
- 6. Pytanie:** Czy Zamawiający wymaga przyłączy do rurociągu ciepłej i zimnej solanki do baterii nalewania.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyłączy do rurociągu ciepłej i zimnej solanki do baterii nalewania.
- 7. Pytanie:** Czy zamawiający wymaga przyłączy do rurociągu ciepłej i zimnej wody gospodarczej do baterii prysznicowej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyłączy do rurociągu ciepłej i zimnej wody gospodarczej do baterii prysznicowej.
- 8. Pytanie:** Czy Zamawiający wymaga aby spust z wanny umożliwiał rozdzielenie odpływu solanki i wody sanitarnej do oddzielnych instalacji kanalizacyjnych..
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby spust z wanny umożliwiał rozdzielenie odpływu solanki i wody sanitarnej do oddzielnych instalacji kanalizacyjnych.

9. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wannę o wymiarach 700 x 840 x 2080.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wannę o wymiarach 700 x 840 x 2080.

10. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby wanna do kąpieli solankowej, wirowej, całkowitej posiadała zgodnie z regułami hydromasażu podzieloną na 5 całkowicie niezależnych sekcji stref masażu obejmujących wszystkie partie ciała, sterowaną mikroprocesorem, z możliwością ich dowolnego programowania i zapisywania w pamięci.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby wanna do kąpieli solankowej, wirowej, całkowitej posiadała 5 sekcji stref masażu, sterowanych mikroprocesorem z możliwością ich dowolnego programowania i zapisywania w pamięci. Musi natomiast spełniać wszystkie warunki podane w SIWZ.

11. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wannę z systemem 4 dysz kierunkowych o wymiarach 770 x 790 x 930.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wannę o wymiarach 770 x 790 x 930 z systemem 4 dysz kierunkowych.

12. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby wanna była wyposażona w elektroniczne sterowanie dające możliwość automatycznego napełniania, ustalania czasu zabiegu, zabezpieczenia przed pracą pompy na sucho i określenia temperatury wody nalewanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby wanna była wyposażona w elektroniczne sterowanie dające możliwość automatycznego napełniania, ustalania czasu zabiegu i określenia temperatury wody nalewanej.

13. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza wirówkę o pojemności 135 l, wymiarach 1080 x 580 x x 780 z liczbą 4 dysz kierunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wirówkę o wymiarach 1080 x 580 x 780 z liczbą 4 dysz kierunkowych.

14. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby wanna była wyposażona w elektroniczne sterowanie dające możliwość automatycznego napełniania, ustalania czasu zabiegu, zabezpieczenia przed pracą pompy na sucho i określenia temperatury wody nalewanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby wanna była wyposażona w elektroniczne sterowanie dające możliwość automatycznego napełniania, ustalania czasu zabiegu i określenia temperatury wody nalewanej.